Systemvoraussetzungen Biofeedback Xpert

Bitte überprüfen Sie vor der Hard- und Software-Installation, ob sämtliche Systemvoraussetzungen gegeben sind.

Computer

- Prozessor: Intel i5 oder AMD-Äquivalent
- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
- Grafik: Dedizierte Grafikkarte mit 1GB VRAM (nicht RAM)
- Audio: Windows-kompatible Soundkarte mit Lautsprechern bzw. Kopfhörern
- Festplatte 5 GB Speicherplatz
- Maus, Tastatur
- Monitor
- Ein freier USB-Anschluss (mind. USB.2.0) für den Dongle
- Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Die korrekte Funktion wird bei Verwendung von Citrix Arbeitsumgebungen nicht gewährleistet.

Sicherheitseinrichtungen

Falls das Biofeedback im Bereich des Gesundheitswesens eingesetzt wird, kann die Verwendung folgender Geräte vorgeschrieben sein:

- Trenntransformator für die Medizintechnik gemäß EN 60601
- Galvanische Netzwerktrennung (Medical Network Insulation) gemäß EN60601 (bei Anschluss des Computers an ein Datennetzwerk)

Bitte erkundigen Sie sich beim Sicherheitsbeauftragten Ihres Hauses.

Produkte der SCHUHFRIED GmbH werden gemäß den Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG entwickelt und produziert. Mit dem CE-Zeichen wird bestätigt, dass sowohl die sicherheitstechnischen Vorschriften, die EMV-Richtlinien (EN60601), Bio-Verträglichkeitsrichtlinien (EN30993), produkt-spezifische Vorschriften und das zugrunde liegende Qualitätsmanagement eingehalten werden.

Bitte nehmen Sie vor der Neuanschaffung von Geräten Kontakt mit uns auf, damit wir Sie optimal beraten können.

PsyExpert e.K.
Traitteurstraße 28-34
68165 Mannheim
DEUTSCHLAND

info@psyexpert.de
psyexpert.de

Telefon: **+49 621 401665-0**
Fax: +49 621 401665-25